



Асоціація

"Виробники та постачальники товарів медичної галузі"

тел. (044) 458-46-91; 231-45-43; e-mail: kyrik@ukr.net
03027, м. Київ, вул. О.Довженка, 18

Код ЄДРПОУ 37356410
Код неприбутковості органі 0012

Вих. №Л07-187
Від 24 липня 2015 року

Директору
Департаменту державних закупівель та державного замовлення
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008

Копія: Голові Державної фінансової інспекції України
вул. Сагайдачного, 4 м. Київ, 04070

Начальнику Держфінінспекції в Чернігівській області
вул. Белінського, 11 м. Чернігів, 14000

Цим листом повідомляємо Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку), як Уповноважений орган, що здійснює регулювання та координацію у сфері державних закупівель та який систематично аналізує інформацію про державні закупівлі з метою необхідності проведення моніторингу таких закупівель, про допущені порушення під час проведення державної закупівлі.

02.07.2015 на веб-порталі Уповноваженого органу з питань державних закупівель було оприлюднено оголошення №157072 (бюлетень №284(02.07.2015)), згідно якого Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради (далі – Замовник) повідомив про проведення закупівлі: Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне, код ДК 016:2010 – 26.60.1. Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться **31.07.2015 11:30**.

Ознайомившись з документацією конкурсних торгів нами було виявлено, що в документації встановлені дискримінаційні вимоги.

Також у нас виникли запитання щодо деяких медико-технічних вимог ДКТ, тому, керуючись ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», нами було надіслано Замовнику Запит з проханням надати роз'яснення щодо документації конкурсних торгів (копія Запиту №Л07-182 від 13.07.2015 додається).

В Запиті були поставлені чіткі запитання, а по деяких вимогах ДКТ нами було висловлене прохання змінити їх з метою розширення конкурентного середовища відповідно забезпечити раціональне та ефективне використання державних коштів.

В отриманому від Замовника Роз'ясненні (лист від 16.07.2015 №01-28/788) було написано: «документація конкурсних торгів не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Тому вносити зміни до ДКТ комітет з конкурсних торгів не планує», але Замовник так і не надав роз'яснення на жодне з поставлених нами питань.

Крім того, в своєму Запиті ми звертали увагу Замовника на той факт, що зокрема п.2.2 Медико-технічних вимог ДКТ взагалі унеможливило ефективне проведення процедури закупівлі, так як жоден ультразвуковий апарат не буде відповідати даним вимогам. Фізично неможливо без обмежень записувати зображення, так як будь-який комп'ютер обмежений ємністю жорсткого диску.

«3) В пункті 2.2 вимагається

Збереження статичних зображень у форматах (bmp, jpeg та ін.) без обмежень

Збереження динамічних кліпів (кінопетлі) у форматі (avi) з довжиною архівування, яка регулюється від 1 сек. до без обмежень

Просимо уточнити дані пункти МТВ, оскільки кількість інформації, яка може зберігатись на ультразвуковій системі обмежується об'ємом жорсткого диску (або іншого запам'ятовуючого пристрою), тобто жоден ультразвуковий апарат не буде відповідати даним вимогам.»

Таким чином, Замовник порушуючи вимоги законодавства з питань державних закупівель, зокрема ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», фактично не надав роз'яснень щодо документації конкурсних торгів.

З огляду на вище зазначене, просимо надати роз'яснення щодо застосування вимог ст. 23 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: чи повинен Замовник надати роз'яснення на всі питання звернення. Також просимо вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, максимальної їх економії під час здійснення державної закупівлі високоякісного радіологічного устаткування, яка проводиться Комунальним лікувально-профілактичним закладом «Чернігівська міська лікарня №3» Чернігівської міської ради згідно оголошення №157072 (бюлетень №284(02.07.2015)).

Додатки:

1. Копія Запиту №Л07-182 від 13.07.2015 (на 2 арк.).
2. Копія Роз'яснення №01-28/788 від 16.07.2015 (на 2 арк.).

З повагою, Директор виконавчий




М2 Мінекономрозвитку

Від № 07/52438-15 від 12.08.2015 10:34:4

Кірик О.В.

код 37356410



kyrik@ukr.net

52438

07
204



Асоціація

"Виробники та постачальники товарів медичної галузі"

тел. (044) 458-46-91; 231-45-43; e-mail: kyrik@ukr.net
03027, м. Київ, вул. О.Довженка, 18

Код ЄДРПОУ 37356410
Код неприбутковості органі 0012

Вих. №ЛІ07-182

Від 14 липня 2015 року

Комітету з конкурсних торгів
КЛПЗ "Чернігівська міська лікарня №3"

вул. 1-го Травня, 170, м. Чернігів, Україна, 14034

Запит

за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів

Під час ознайомлення з документацією конкурсних торгів на закупівлю ультразвукової системи, що проводить ваш медичний заклад, згідно оголошення № 157072 ВДЗ 284(02.07.2015) від 02.07.2015, у учасників Асоціації виникли деякі питання щодо Медико-технічних вимог.

Просимо надати роз'яснення по наступним пунктам Медико-технічних вимог – а саме:

1) В пункті 2.2 вимагається «Максимальна глибина сканування, не менше 360 (+20) мм», хочемо зауважити, що у великій кількості ультразвукових апаратів різних виробників, глибина сканування не перевищує 300 мм, так як даної глибини абсолютно достатньо для проведення різноманітних ультразвукових досліджень. Чи могли б ви змінити даний пункт на «Максимальна глибина сканування, не менше 320 (+20) мм» - для розширення конкурентного середовища?

2) В пункті 2.2 вимагається «Кінопетля, не менше 7 200 кадрів»; як правило - у більшості ультразвукових апаратів кінопетля в межах від 1 000 кадрів до 2 200 кадрів, чого достатньо для запису діагностично важливої інформації. Чи не допущена механічна помилка у даному пункті, для чого потрібна кінопетля на 7 200 кадрів?

3) В пункті 2.2 вимагається

Збереження статичних зображень у форматах (bmp, jpeg та ін.) без обмежень
Збереження динамічних кліпів (кінопетлі) у форматі (avi) з довжиною архівування, яка регулюється від 1 сек. до «без обмежень»

Просимо уточнити дані пункти МТВ, оскільки кількість інформації, яка може зберігатись на ультразвуковій системі обмежується об'ємом жорсткого диску (або іншого запам'ятовуючого пристрою), тобто жоден ультразвуковий апарат не буде відповідати даним вимогам.

4) В пункті 2.2 вказано «USB порти для підключення флеш-карт та зовнішніх пристроїв, не менше 5». Чи буде відповідати наш ультразвуковий апарат даній вимозі, якщо кількість USB портів буде розширено за допомогою USB -концентратора?

5) В пункті 2.4 вказано «Збільшення зображення в реальному часі/статичному режимі не менш ніж в 3,5/25 разів»; у більшості ультразвукових апаратів збільшення зображення може бути у 16 разів, оскільки збільшення зображення в більшу кількість разів втрачає свою деталізацію і цілісність представлення інформації. Чи достатньо буде для ваших клінічних досліджень збільшення зображення у 16 разів? Для чого вимагається такий завищений показник збільшення зображення?

6) В пункті 2.6.1. вказані наступні вимоги

2.6.1	Багаточастотні широкосмугові матричні датчики:
	Можливість використання конвексного з технологією монокристалльної матричної решітки, що еквівалентно 960 + 80 елементів
	Можливість використання лінійного з технологією монокристалльної матричної решітки, що еквівалентно 960 + 80 елементів
	Можливість використання фазованого з технологією монокристалльної матричної решітки, що еквівалентно 960 + 80 елементів

В яких режимах мають працювати датчики вказані вище? В даній вимозі описані півтора-мірні 1,5D датчики чи 2D датчики?

ЗГІДНО З
ОРИГІНАЛОМ



Ми вважаємо що подібні вимоги щодо кількості елементів у датчиків з такою технологією та в сукупності з іншими вимогами відповідають одному виробнику – Esaote, Italy. Оскільки не зрозуміло чим керувався Ваш заклад коли обирав саме таку кількість елементів і чому вказане допустиме відхилення саме у 80 елементів? Яким чином Вашими фахівцями було визначено таке точне цифрове значення кількості елементів?

7) У вимогах до датчиків вказані дуже малі допустимі діапазони значень

2.8.2	Конвексний датчик	Примітка
	Кількість фізичних елементів, не менше 192	Завищений показник кількості елементів, достатня кількість елементів 128
	Діапазон робочих частот від 1,0 до 8,0 (+0,5) МГц	Верхня границя датчика для досліджень дорослих завищена, як правило конвексні датчики з вказаною апертурою та призначенням, мають діапазон частот від 2 до 6 МГц (+/-1 МГц)
2.8.3	Ендокавітальний датчик	
	Кількість фізичних елементів, не менше 192	Завищений показник кількості елементів, достатня кількість елементів 128
	Діапазон робочих частот від 3,0 до 9,0 ($\pm 0,5$) МГц	Для того, щоб більшість виробників мало змогу запропонувати альтернативне та конкурентоспроможне обладнання, необхідно вказати діапазон частот від 3 до 9 МГц (+/-1)
2.8.4	Лінійний датчик	
	Кількість фізичних елементів, не менше 192	Завищений показник кількості елементів, достатня кількість елементів 128
	Діапазон робочих частот від 4,0 до 13,0 (+0,5) МГц	Для того, щоб більшість виробників мало змогу запропонувати альтернативне та конкурентоспроможне обладнання, необхідно вказати діапазон частот від 4 до 13 МГц (+/-1)
2.8.5	Фазований датчик	
	Діапазон робочих частот, від 1,0 до 4,0 ($\pm 0,5$) МГц	Для того, щоб більшість виробників мало змогу запропонувати альтернативне та конкурентоспроможне обладнання, необхідно вказати діапазон частот від 1,5 до 4 МГц (+/-1)

Просимо Вас в Медико –технічних вимогах розширити межі по вимогам по датчикам, щоб у учасників Асоціації – потенційних учасників торгів була можливість запропонувати на вибір більшу кількість ультразвукових апаратів.

З повагою,

Директор виконавчий

Кірик О.В.

044 231-45-43
kyrik@ukr.net





Україна

ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Комунальний лікувально-профілактичний заклад
Чернігівська міська лікарня № 3
Чернігівської міської ради

14034 м. Чернігів, 1 Травня, 170, тел/факс 95-18-10

16.07.2015р. №01-28/ 788

Виконавчому директору
Асоціації «Виробників та
постачальників товарів медичного
призначення»

Роз'яснення документації конкурсних торгів

Комітет з конкурсних торгів КЛПЗ «Чернігівської міської лікарні №3» ЧМР розглянув Ваш запит від 14.07.2015р. вих. № Л07-182 надає роз'яснення щодо документації конкурсних торгів (далі – ДКТ) на придбання устаткування радіологічного, електромедичного та електротерапевтичного устаткування.

Під час розробки даної ДКТ комітет з конкурсних торгів КЛПЗ «Міська лікарня № 3» керувався виключно ЗУ «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014р. № 1197-VII (із змінами, внесеними згідно із Законами № 1234-VII від 06.05.2014 та № 1586-VII від 04.07.2014) (далі – Закон) з метою створення конкурентного середовища при проведенні даних торгів, запобігання проявам корупції та добросовісної конкуренції.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 22 Закону дана документація конкурсних торгів містить повну інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію. При цьому медико-технічні характеристики медичного обладнання містять: детальний опис обладнання, що буде закуповуватися, у тому числі їх технічні та якісні характеристики.

Комітет з конкурсних торгів, згідно до Закону, вирішив за доцільне зазначити вказані вимоги щодо технічних і функціональних характеристик предметів закупівлі та показники. У даній ДКТ були використані посилання на стандартні характеристики медичного обладнання, вимоги та термінологію, пов'язану з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними та національними стандартами, нормами та правилами.

Розроблена комітетом технічна специфікація не містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію, джерело його



походження або виробника. Також документація конкурсних торгів містить іншу інформацію відповідно до законодавства, яку КЛПЗ «Міська лікарня № 3» як замовник, вважає за необхідне до неї включити.

Враховуючи вищезазначене, повідомляємо Вам, що наша документація конкурсних торгів не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Тому вносити зміни до ДКТ комітет з конкурсних торгів не планує.

Заступник голови ККТ

Г.О. Ільницька

