

Додаток до Свідоцтва про уповноваження
на проведення повірки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають
в експлуатації та застосовуються у сфері
законодавчо регульованої метрології
від 22 березня 2017 № П-1-2017

ГАЛУЗЬ УПОВНОВАЖЕННЯ

**Відокремленого підрозділу «Повірочна лабораторія»
ТОВ «Укрреммедтехніка» (м. Київ)
на проведення повірки засобів вимірювальної техніки,
що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо
регульованої метрології (далі – засоби вимірювальної техніки)**

Найменування категорії (групи) засобів вимірювальної техніки	Метрологічні характеристики	
	Діапазон вимірювань	Максимально допустима похибка та/або клас точності
1	2	3
12. Вимірювачі артеріального тиску: сфігмоманометри механічні	від 20 до 280 мм рт. ст. (від 2,7 кПа до 37 кПа); від 60 до 240 мм рт. ст. (від 8 кПа до 32 кПа) від 20 до 60 мм рт. ст. (від 2,7 кПа до 8 кПа); від 240 до 280 мм рт. ст. (від 32 кПа до 37 кПа);	$\Delta = \pm 3$ мм рт. ст. ($\pm 0,4$ кПа) $\Delta = \pm 4$ мм рт. ст. ($\pm 0,5$ кПа)
33. Електрокардіографи	від 0,1 мВ до 0,5 мВ від 0,5 мВ до 4,0 мВ від 2 Гц до 60 Гц від 60 Гц до 75 Гц	$\delta_u = \pm 15 \%$ $\delta_u = \pm 7 \%$ δ_F від -10% до + 5% δ_F від -30% до + 5%
43. Манометри та інші засоби для вимірювання тиску і вакууму: мановакууметри робочі; манометри; манометри електроконтактні ЕКМ; манометри кисневі робочі	від -0,1 МПа до 0,5 МПа від 0 МПа до 2,5 МПа від 0 МПа до 1,0 МПа від 0 МПа до 25 МПа ($P_v - 2,5$ МПа; $P_v - 25$ МПа)	Клас точності 1,5; 2,5 відповідно до ГОСТ 2405, ДСТУ OIML R 101 Клас точності 2,5; 4,0 відповідно до ГОСТ 2405, ДСТУ OIML R 101

Примітка

Умовні позначення:

Δ - границі допустимої абсолютної похибки

δ_u - границі допустимої відносної похибки при вимірюванні напруги

δ_F — нерівномірність амплітудно-частотної характеристики

P_v - верхня границя діапазону вимірювань тиску

Директор департаменту технічного
регулювання Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України

Л. М. Віткін